

Негосударственное учреждение здравоохранения  
«Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»,  
195271, г. Санкт-Петербург, пр-т Мечникова, д.27

Акт проверки

Оборудование, которое используют в клинических исследований соответствуют сертификации и прошло периодическое техническое обслуживание и поверку.

Периодичность поверки: ежегодно (проведена в январе 2016)

Периодичность ТО ежеквартально.

Ответственные за проведение технического обслуживания оборудования: технический отдел НУЗ ДКБ ОАО «РЖД»

Список оборудования используемого в клинических исследованиях:

Аппарат ЭКГ CardioMAX FX-3010, серийный номер 36055277  
ГМС 087049568

Аппарат КТ SIEMENS  
Model 10165880 Serial 40748  
SOMATOM Emotion 16 Slice (DE) Model 10046789 Serial 78555

Рентген аппарат SIEMENS AXIOM Iconos R200

Анализатор мочи Siemens Clinitek Status Analyzer Healthcare Diagnostics

Центрифуга Rotofix 32A  
Hettich Zentralfugen D-78532 Tuttlingen Typ 1206 Werk Nr 0015395  
№1375257 КДЛ



Аппарат УЗИ сердца (ЭХО кардиография)  
Philips iE33 Part No.: 8500-0082  
№1374836

Аппарат УЗИ Prosound a10 Premier  
Aloca Europe Technical Centre D-72555 Model SSD-a10 Serial M02742  
№ 001374824

Аппарат магнитно-резонансный томограф Intera Philips

Весы/Ростомер ВМЭН 200  
Model Body Composition Analyzer MC -780MA  
Анализаторы крови  
Certa 400 Sys Cooling Number 1375338  
ABX Pentra XL 80  
Serial 401PXL6214 Number 137346

Ведущий инженер технического отдела:  
Казанцев Владимир Ильич

  
  
Дорожная  
клиническая больница  
ОАО «РЖД»  
Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.27

